

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6925753885
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1626459
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	21/03/2025
OBJETO OBJECT	RELOJ PALPADOR
FABRICANTE MANUFACTURER	FEDERAL
N° DE PARTE PART N°	21C565G001
N° DE SERIE SERIAL N°	-----
RANGO RANGE	0 in – 0,03 in
RESOLUCION RESOLUTION	0,001 in
CODIGO FACH	G53-TI-003
N° DE CONTROL ENAER	FA-0302
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	LENG MEASURING MACHINE
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC – WIN/39"
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	060824SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	06/08/2025
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.


RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0,0000	0,000	0
0,0051	0,005	-0,0001
0,0100	0,010	0
0,0151	0,015	-0,0001
0,0201	0,020	-0,0001
0,0251	0,025	-0,0001

U. TOTAL $k=2$	0,001 in
Exactitud entregada por el fabricante	$\pm 0,001$ in
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,1 °C +/- 1 °C (38 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 21 de marzo 2025
Fecha de Vencimiento/Due Date: 21 de marzo 2026


 Soraya Pacheco Cabezas
 Técnico / Technician


 Luis Ramirez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory