

INFORME DIMENSIONAL

DIMENSIONAL REPORT

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
 Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
 Orden de Trabajo / Work Order : CG6925755957
 No. Remisión / Remission No. : SSCC: 1668398
 Fecha de Emisión / Emission Date : 04 de junio de 2025

Objeto / Object : Gage Barrel
 Fabricante / Manufacturer : -----
 No. de Parte / Part No. : 7249302
 No. de Serie / Serial No. : 532
 Rango / Range : 19,9898 mm
 Código FACH : -----
 No. de Control ENAER : FA-1426

Resultados Obtenidos

Número de Mediciones	Valores Obtenidos del Diámetro
01	19,991 mm
02	19,993 mm
03	19,994 mm
04	19,992 mm
05	19,993 mm
Valor Promedio Obtenido del Diámetro	19,9926 mm

Observaciones / Observations:

Los resultados obtenidos corresponden a las mediciones realizadas en el diámetro interior del calibre P/N: 7249302, cuyo valor nominal es de 19,9898 mm. La incertidumbre asociada a la medición es de $\pm 0,005$ mm. Esta medición fue efectuada en el Laboratorio de Metrología, en el área de longitud. El usuario debe evaluar si los resultados obtenidos satisfacen sus requerimientos, dado que no se dispone de una orden técnica aplicable.

José Guerrero Araya
 Técnico / Technician

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory