

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6925760140
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1742982
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	30/12/2025
OBJETO / OBJECT	INCLINOMETRO DIGITAL
FABRICANTE / MANUFACTURER	CLINOTRONIC
N° DE PARTE / PART N°	78-015-100-310 G
N° DE SERIE / SERIAL N°	001704
RANGO / RANGE	± 45°
RESOLUCION / RESOLUTION	0,01°
CODIGO FACH	S/C
N° DE CONTROL ENAER	FA-0372
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-148-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MESA DE PLANITUD	TILT TURN TABLE
Modelo / Model	AA	T100719
N° Serie / Serial number	200693	8252012
Certificado N° / Certificate N°	120824SP0005	291225ST0018
Fabricante / Manufacturer	STARRETT	STARRETT
Vencimiento / Due	12/08/2026	29/12/2026
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA	NIST – USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR GRADOS	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO GRADOS	ERROR GRADOS
45	45,05	0,05
40	40,02	0,02
30	30,00	0,00
20	20,02	0,02
10	09,99	-0,01
0	0	0,00
-10	-09,99	0,01
-20	-19,98	0,02
-30	-30,01	-0,01
-40	-40,00	0,00
-45	-45,00	0,00

U. TOTAL k=2	0,02°
Exactitud entregada por el fabricante	0 a 10° / < 1 arcmin + 1 digit (0,03334)° > 10° a 30° / < 1.5 arcmin + 1 digit (0,041675)° > 30° a 45° / 2 arcmin + 1 digit (0,05001)°
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,4 °C +/- 1 °C 47,4 +/- 3 % H.R.

Nota: Al extraer batería, se deberá configurar nuevamente el equipo.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 30 de diciembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 30 de diciembre de 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Marcial Espinoza M.
 Jefe Depto. de Pruebas, Ensayos y Calibraciones