

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0205 **FECHA DE EMISIÓN:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : FUENTE DE PODER AC

Fabricante : NO IDENTIFICADO

Modelo / Número de Parte : 501A **Número de Serie** : 9964

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE ARMAMENTO

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 18,9°C **Humedad Relativa** : 56%

Procedimiento : 33K1-4-1000-1, 30 DECEMBER 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	02-feb-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0205

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
		V	V	V	V	V
400Hz		9,95	10,00	10,00	0,05	SIN INFO
		19,17	20,00	20,00	0,84	
		29,79	30,00	30,00	0,21	
		39,77	40,00	40,00	0,23	
		49,66	50,00	50,00	0,34	
		59,64	60,00	60,00	0,36	
		69,6	70,0	70,0	0,4	
		79,6	80,0	80,0	0,4	
		89,7	90,0	90,0	0,3	
		99,7	100,0	100,0	0,3	
		109,7	110,0	110,0	0,3	
		114,8	115,0	115,0	0,2	
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
115V		400,1	400,0	400,0	-0,1	SIN INFO




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración