

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0562 FECHA DE EMISION: 17-dic-25 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IVª BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : MALETA DE PESAJE
Fabricante : JACKSON AIRCRAFT WEIGHING SYSTEMS, LLC
Modelo / Número de Parte : M2400-3-25CS Número de Serie : 20-FDEFF8

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-dic-25 Fecha de Vencimiento : 17-dic-26
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE FUERZA, DTS SpA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 19,2°C ± 5°C Humedad Relativa : 42% ± 30%
Procedimiento : REF: CERTIFICADO DE CALIBRACION DE FABRICA JACKSON AIRCRAFT
Desviación a los procedimientos : NINGUNO
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CELDA DE CARGA	MOREHOUSE	PRECISION	P-10975	113992	10-ene-26	I.D.I.C.	NIST
CELDA DE CARGA	H.B.M.	Z30A	270610700	113942	09-ene-26	I.D.I.C.	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0562

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN						
FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE FUERZA						
COMPRESIÓN						
CELDA ROJA N°1		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
S/N: SA905725		1000,00	999	999	-1,00	10
		2000,00	1998	1998	-2,00	10
		3000,00	2998	2998	-2,00	10
		4000,00	3997	3997	-3,00	10
		6000,00	5998	5998	-2,00	10
		8000,00	7998	7998	-2,00	10
		10000,00	9999	9999	-1,00	10
		12000,00	11999	11999	-1,00	12
		15000,00	14998	14998	-2,00	15
		20000,00	19998	19998	-2,00	20
		24000,00	23999	23999	-1,00	25
CELDA AZUL		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
S/N: TA901928		1000,00	1000	1000	0,00	10
		2000,00	1999	1999	-1,00	10
		3000,00	2998	2998	-2,00	10
		4000,00	3997	3997	-3,00	10
		6000,00	5997	5997	-3,00	10
		8000,00	7997	7997	-3,00	10
		10000,00	9997	9997	-3,00	10
		12000,00	11997	11997	-3,00	12
		15000,00	14997	14997	-3,00	15
		20000,00	19999	19999	-1,00	20
		24000,00	24003	24003	3,00	25
CELDA AMARILLA		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
S/N SA906187		1000,00	1000	1000	0,00	10
		2000,00	1999	1999	-1,00	10
		3000,00	2998	2998	-2,00	10
		4000,00	3997	3999	-1,00	10
		6000,00	5997	6000	0,00	10
		8000,00	7997	8000	0,00	10
		10000,00	9997	10000	0,00	10
		12000,00	11997	12000	0,00	12
		15000,00	14997	15000	0,00	15
		20000,00	19999	20002	2,00	20
		24000,00	24003	24007	7,00	25




EKTOR ARÉVALO BASTÍAS
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2025.12.17 17:01:14 -03'00'

Fin del certificado de calibración