

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-NM-44-0050 FECHA DE EMISIÓN: 16-feb-26 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE

Fabricante : DWYER INSTRUMENTS

Modelo / Número de Parte : 2008C

Número de Serie : GM-SA-0304

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 16-feb-26 Fecha de Vencimiento : 16-feb-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN PRESIÓN, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : ≤65%

Procedimiento : 33K6-4-692-1, 30 SEPTEMBER 2012

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
PRESSURE CALIBRATOR	FLUKE	718-1G	3360023	112508	21-jun-26	DTS	DTS
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-NM-44-0050

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
(0 a 8) inH2O	112508	inH2O	inH2O	inH2O	inH2O	inH2O
		2,00	2,10	2,00	0,00	0,16
		3,00	3,10	3,00	0,00	0,16
		4,00	4,10	4,00	0,00	0,16
		5,00	5,20	5,10	0,10	0,16
		6,00	6,30	6,10	0,10	0,16
		8,00	8,30	8,10	0,10	0,16

LUIS
ANGEL
CUSTODIO
MELLAFA
LOPEZ

Firmado
digitalmente por
LUIS ANGEL
CUSTODIO
MELLAFA LOPEZ
Fecha: 2026.02.17
11:24:18 -03'00'

NICOLÁS MARQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración