

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-IE-44-0570 FECHA DE EMISIÓN: 15-oct-24 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IV° BRIGADA AEREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53
Descripción del ítem : RELOJ COMPARADOR ANALOGO CON BASE MAGNETICA.
Fabricante : ACCUD
Modelo / Número de Parte : 229-025-11

Número de Serie : 3988

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 15-oct-24 Fecha de Vencimiento : 15-oct-25
Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION LONGITUD, DTS SpA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23 ± 5 °C Humedad Relativa : 50 ± 30 %
Procedimiento : 6752PRO023-01 rev 7.00
Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
BANCO CALIBRADOR DE DIALES	STARRETT	716MHXSP	22205220	113400	15-feb-26	STARRETT	STARRETT

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-IE-44-0570

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
0 - 25 mm	113400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	± 0,01
		0,13	0,13	0,13	0,00	± 0,01
		0,26	0,26	0,26	0,00	± 0,01
		0,39	0,39	0,39	0,00	± 0,01
		0,52	0,52	0,52	0,00	± 0,01
		0,65	0,65	0,65	0,00	± 0,01
		0,78	0,78	0,78	0,00	± 0,01
		0,91	0,91	0,91	0,00	± 0,01
		1,00	1,00	1,00	0,00	± 0,01
		6,25	6,25	6,25	0,00	± 0,01
		12,50	12,50	12,50	0,00	± 0,01
		18,75	18,75	18,75	0,00	± 0,01
		25,00	25,00	25,00	0,00	± 0,01

IGNACIO ESPINOZA OSORIO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.10.15
14:30:19 -03'00'