

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0413 FECHA DE EMISION: 04-dic-25 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Ciente : FUERZA AEREA DE CHILE, IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : GAS SUPPLY AUNIT

Fabricante : NO TIENE

Modelo / Número de Parte : R13H0000A1 Número de Serie : AQC147-01

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 02-dic-25 Fecha de Vencimiento : 02-dic-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53

Condiciones Ambientales : Temperatura : 19,2°C Humedad Relativa : 35%

Procedimiento : 33K6-4-427-1, 28 FEBRUARY 2014

Desviación a los procedimientos : CALIBRACIÓN SOLO MANOMETROS

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

| Descripción              | Fabricante  | Modelo     | N° de Serie | N° DTS   | Vence     | Emisor | Trazabilidad |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|--------|--------------|
| REFERENCE PRESSURE GAUGE | FLUKE       | 2700G-G70M | 5954024     | 113625   | 08SEP26   | ENAER  | NIST         |
| TERMOHIGRÓMETRO          | HYGRO-TERIO | HTC-8      | TEMP-008    | NO TIENE | 01-oct-26 | DTS    | NIST         |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                      | ---         | ---        | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0413

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO          | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |       | ERROR  | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|--------|------------------------|
|                        |             |                | INICIAL      | FINAL |        |                        |
| CALIBRACIÓN MANOMETROS |             |                |              |       |        |                        |
| S/N: 67GSU001          |             | PSI            | PSI          | PSI   | PSI    |                        |
| 0 - 10000              |             | 2136,5         | 2000         | 2000  | -136,5 |                        |
|                        |             | 4153,6         | 4000         | 4000  | -153,6 |                        |
|                        |             | 6171,5         | 6000         | 6000  | -171,5 |                        |
|                        |             | 8150,4         | 8000         | 8000  | -150,4 |                        |
|                        |             | 9734,1         | 9600         | 9600  | -134,1 |                        |
|                        |             |                |              |       |        |                        |
| S/N: 67GSU002          |             | PSI            | PSI          | PSI   | PSI    |                        |
| 0 - 10000              |             | 1910,5         | 2000         | 2000  | 89,5   |                        |
|                        |             | 3936,1         | 4000         | 4000  | 63,9   |                        |
|                        |             | 5978,2         | 6000         | 6000  | 21,8   |                        |
|                        |             | 7994,2         | 8000         | 8000  | 5,8    |                        |
|                        |             | 9554,1         | 9600         | 9600  | 45,9   |                        |
|                        |             |                |              |       |        |                        |
| S/N: 67GSU003          |             | PSI            | PSI          | PSI   | PSI    |                        |
| 0 - 10000              |             | 2090,4         | 2000         | 2000  | -90,4  |                        |
|                        |             | 4095,4         | 4000         | 4000  | -95,4  |                        |
|                        |             | 6154,2         | 6000         | 6000  | -154,2 |                        |
|                        |             | 8106,4         | 8000         | 8000  | -106,4 |                        |
|                        |             | 9734,0         | 9600         | 9600  | -134,0 |                        |
|                        |             |                |              |       |        |                        |
| S/N: 67GSU004          |             | PSI            | PSI          | PSI   | PSI    |                        |
| 0 - 160                |             | 27,2           | 30           | 30    | 2,8    |                        |
|                        |             | 56,9           | 60           | 60    | 3,1    |                        |
|                        |             | 87,5           | 90           | 90    | 2,5    |                        |
|                        |             | 117,6          | 120          | 120   | 2,4    |                        |
|                        |             | 147,9          | 150          | 150   | 2,1    |                        |
|                        |             |                |              |       |        |                        |
| S/N: 67GSU005          |             | PSI            | PSI          | PSI   | PSI    |                        |
| 0 - 6000               |             | 996,4          | 1000         | 1000  | 3,6    |                        |
|                        |             | 2024,0         | 2000         | 2000  | -24,0  |                        |
|                        |             | 3031,2         | 3000         | 3000  | -31,2  |                        |
|                        |             | 4065,6         | 4000         | 4000  | -65,6  |                        |
|                        |             | 5549,2         | 5500         | 5500  | -49,2  |                        |
|                        |             |                |              |       |        |                        |

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 25-FS-44-0413

Página 3 de 3

**RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN**

| FUNCION RANGO          | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |       | ERROR | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|------------------------|
|                        |             |                | INICIAL      | FINAL |       |                        |
| CALIBRACIÓN MANOMETROS |             |                |              |       |       |                        |
| S/N: G12-030           |             | PSI            | PSI          | PSI   | PSI   |                        |
| 0 - 400                |             | 68,5           | 80           | 80    | 11,5  |                        |
|                        |             | 151,3          | 160          | 160   | 8,7   |                        |
|                        |             | 233,2          | 240          | 240   | 6,8   |                        |
|                        |             | 298,7          | 300          | 300   | 1,3   |                        |
|                        |             | 375,8          | 380          | 380   | 4,2   |                        |
|                        |             |                |              |       |       |                        |



  
NOMBRE Y APELLIDO  
TÉCNICO METRÓLOGO

**Fin del certificado de calibración**