

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-JD-44-0222 FECHA DE EMISION: 23-oct-25 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV° BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : MAGNETIC FIELD INDICATOR

Fabricante : MAGNAFLUX CORPORATION

Modelo / Número de Parte : 2480 Número de Serie : 48594

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-oct-25 Fecha de Vencimiento : 23-oct-26
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ELÉCTRICA DTS SpA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : REF: 33K1-4-1336-1, 30 NOV. 2009
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTI-PRODUCT CALIBRATOR	FLUKE	5520A	8775015	105247	14-nov-25	METRACAL	METRACAL
50 TURN COIL	FLUKE	5500A	88560035	104389	***	***	***

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-JD-44-0222

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN EN CAMPO MAGNETICO, GAUSS						
INDICACIÓN POSITIVA (+)		GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
		2,0	2,0	2,0	0,0	±0,5
		4,0	4,0	4,0	0,0	±0,5
		6,0	6,0	6,0	0,0	±0,5
		8,0	8,0	8,0	0,0	±0,5
		9,0	9,0	9,0	0,0	±0,5
INDICACIÓN NEGATIVA (-)		GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS	GAUSS
		-2,0	-2,0	-2,0	0,0	±0,5
		-4,0	-4,0	-4,0	0,0	±0,5
		-6,0	-6,0	-6,0	0,0	±0,5
		-8,0	-8,0	-8,0	0,0	±0,5
		-9,0	-9,0	-9,0	0,0	±0,5



JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado
digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.10.24
07:42:08 -03'00'

Fin del certificado de calibración