

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0188 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 4**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : RESISTANCE BRIDGE

Fabricante : CROPICO

Modelo / Número de Parte : DHC5 TYPE PW3/E **Número de Serie** : 36949

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 20-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 20-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 19,5 °C **Humedad Relativa** : 39%

Procedimiento : INFORMACION TÉCNICA CF6 CROPICO

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	13-ago-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	VETO	A6031000	TEMP-003	NO TIENE	06-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0188

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA						
RANGE SWITCH 0,001		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		1,000	1,002	1,002	0,002	0,01
		2,000	2,002	2,002	0,002	0,01
		3,000	3,002	3,002	0,002	0,01
		4,000	4,002	4,002	0,002	0,01
		5,000	5,002	5,002	0,002	0,01
		6,000	6,003	6,003	0,003	0,01
		7,000	7,003	7,003	0,003	0,01
		8,000	8,003	8,003	0,003	0,01
		9,000	9,006	9,006	0,006	0,01
		10,000	10,007	10,007	0,007	0,01
RANGE SWITCH 0,01		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		10,00	9,99	9,99	-0,01	0,10
		20,00	19,99	19,99	-0,01	0,10
		30,00	29,99	29,99	-0,01	0,10
		40,00	39,99	39,99	-0,01	0,10
		50,00	49,99	49,99	-0,01	0,10
		60,00	59,99	59,99	-0,01	0,10
		70,00	69,99	69,99	-0,01	0,10
		80,00	79,99	79,99	-0,01	0,10
		90,00	89,99	89,99	-0,01	0,10
		100,00	99,99	99,99	-0,01	0,10
RANGE SWITCH 0,1		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		100,0	100,4	100,4	0,4	1,0
		200,0	200,1	200,1	0,1	1,0
		300,0	300,0	300,0	0,0	1,0
		400,0	400,3	400,3	0,3	1,0
		500,0	500,6	500,6	0,6	1,0
		600,0	600,1	600,1	0,1	1,0
		700,0	700,3	700,3	0,3	1,0
		800,0	800,3	800,3	0,3	1,0
		900,0	900,6	900,6	0,6	1,0
		1000,0	1000,1	1000,1	0,1	1,0

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0188

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA (CONT.)						
RANGE SWITCH 1		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
		1000	1001	1001	1	10
		2000	2003	2003	3	10
		3000	3002	3002	2	10
		4000	4002	4002	2	10
		5000	5000	5000	0	10
		6000	6001	6001	1	10
		7000	7001	7001	1	10
		8000	8002	8002	2	10
		9000	9002	9002	2	10
		10000	10004	10004	4	10
RANGE SWITCH 10		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		10,00	10,00	10,00	0,00	0,1
		20,00	20,00	20,00	0,00	0,1
		30,00	30,00	30,00	0,00	0,1
		40,00	40,00	40,00	0,00	0,1
		50,00	50,00	50,00	0,00	0,1
		60,00	60,00	60,00	0,00	0,1
		70,00	70,00	70,00	0,00	0,1
		80,00	80,00	80,00	0,00	0,1
		90,00	90,00	90,00	0,00	0,1
		100,00	100,00	100,00	0,00	0,1
RANGE SWITCH 100		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
		100,0	100,1	100,1	0,1	1
		200,0	200,1	200,1	0,1	1
		300,0	300,1	300,1	0,1	1
		400,0	400,1	400,1	0,1	1
		500,0	500,1	500,1	0,1	1
		600,0	600,1	600,1	0,1	1
		700,0	700,1	700,1	0,1	1
		800,0	800,1	800,1	0,1	1
		900,0	900,1	900,1	0,1	1
		1000,0	1000,1	1000,1	0,1	1

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0188

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA (CONT.)						
RANGE SWITCH 1000		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
		1,000	1,003	1,006	0,006	0,010
		2,000	2,004	2,004	0,004	0,010
		3,000	3,004	3,004	0,004	0,010
		4,000	4,005	4,005	0,005	0,010
		5,000	5,005	5,005	0,005	0,010
		6,000	6,006	6,006	0,006	0,010
		7,000	7,006	7,006	0,006	0,010
		8,000	8,006	8,006	0,006	0,010
		9,000	9,006	9,006	0,006	0,010
		10,000	10,006	10,006	0,006	0,010




FÉLYPE SALÁS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración