

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925756191
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1670070
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 24/06/2025

OBJETO RELOJ COMPARADOR
OBJECT
FABRICANTE STARRETT
MANUFACTURER
N° DE PARTE 25-441/5
PART N°
N° DE SERIE S/S (G53-TI-006)
SERIAL N°
RANGO 0 in – 0,5 in
RANGE
RESOLUCION 0,001 in
RESOLUTION
CODIGO FACH C4782
N° DE CONTROL ENAER FA-1081

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	LENG MEASURING MACHINE
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC – WIN/39"
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	060824SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	06/08/2025
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0,0000	0,000	0
0,0101	0,010	-0,0001
0,0201	0,020	-0,0001
0,0302	0,030	-0,0002
0,0403	0,040	-0,0003
0,0502	0,050	-0,0002
0,0699	0,070	0,0001
0,0998	0,100	0,0002
0,1100	0,110	0
0,1598	0,160	0,0002
0,1998	0,200	0,0002
0,2996	0,300	0,0004
0,3994	0,400	0,0006
0,4993	0,500	0,0007

U. TOTAL k=2	0,0005 in
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,001 in
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,7 °C +/- 2 °C (38 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 24 de junio de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 24 de junio de 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory