

[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B.A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6925760149
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1742982
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	27/11/2025
OBJETO <i>OBJECT</i>	RELOJ COMPARADOR
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	STARRETT
N° DE PARTE <i>PART N°</i>	711
N° DE SERIE <i>SERIAL N°</i>	S/S
RANGO <i>RANGE</i>	0 in – 0,03 in
RESOLUCION <i>RESOLUTION</i>	0,001 in
CODIGO FACH	G53-TI-002
N° DE CONTROL ENAER	FA-1364

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE **T.O. 33K6-4-889-1**

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	LENG MEASURING MACHINE
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC – WIN/39"
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	110825SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	11/08/2026
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

E263_REV00

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACION


CALIBRATION RESULTS


LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO $\bar{x}$ in	ERROR in
0,0000	0	0,0000
0,0049	0,005	0,0001
0,0097	0,010	0,0003
0,0145	0,015	0,0005
0,0195	0,020	0,0005
0,0245	0,025	0,0005
0,0275	0,028	0,0005

U. TOTAL k=2	0,0005 in
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,001 in
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	19,4°C +/- 1 °C (46 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 27 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 27 de noviembre de 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory