

UNIDAD O PROVEEDOR	FECHA	UBICACIÓN	TIEMPO DE OPERACIÓN			NÚMERO DE WORK ORDER	MOTIVO DEL RETIRO (CODIGO Y SINTOMAS) TRABAJOS CUMPLIDOS - PARTES REEMPLAZADAS
			INSTALADO	RETRADO	TOTAL TSN		
IV B.A.	10/01/23	653	—	—	—	19339044	SE ENVIA A CALIBRADO POR TIEMPO CALIBRADO.
ENTER	04/09/23	LAB. MET.	—	—	—		CALIBRADO SIN OBSERVACIONES. N° DE CERTIFICADO 040923FA0926.-
IV B.A.	01/01/24	653	—	—	—		SE ENVIA elemento a calibración
ENTER	07/10/24	ENTER	—	—	—		Elemento Calibrado el día
IV B.A.	04.09.25	PUSH	—	—	—	2920452	SE ENVIA elemento PARA SER CALIBRADO
IV B.A.	16.12.25	PUSH	—	—	—	—	SE RECEPCIONA ELEMENTO EN CONDICIÓN SE REEMPLAZA CON TARJETA DE VIDA, TARJETA DE CONDICIÓN Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN SIN OBS. 562° S. BUENA N. C.
IV B.A.	16.12.25	Lab	—	—	—	2920452	SE certifica Trabajo Realizado por La Empresa Engrar En NO. 2920452

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925760146
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1742982
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 26/11/2025

OBJETO RELOJ COMPARADOR
OBJECT
FABRICANTE STANDARD
MANUFACTURER
N° DE PARTE D1-20238-A
PART N°
N° DE SERIE S/S
SERIAL N°
RANGO 0 in – 0,06 in
RANGE
RESOLUCION 0,00025 in
RESOLUTION
CODIGO FACH G53-TI-005
N° DE CONTROL ENAER FA-0926
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	110825SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	11/08/2026
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0	0	0,00000
0,00103	0,001	-0,00003
0,00206	0,002	-0,00006
0,00404	0,004	-0,00004
0,00607	0,006	-0,00007
0,00809	0,008	-0,00009
0,01008	0,010	-0,00008
0,01202	0,012	-0,00002
0,01401	0,014	-0,00001
0,01600	0,016	0,00000
0,01799	0,018	0,00001
0,01896	0,019	0,00004
0,01996	0,020	0,00004
0,02198	0,022	0,00002
0,03008	0,030	-0,00008

U. TOTAL k=2	0,00025 in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	19,8 °C +/- 1 °C (45 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 26 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 26 de noviembre de 2026



Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician



Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory