

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0134 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53
Descripción del ítem : DC POWER SUPPLY
Fabricante : HEWLETT PACKARD
Modelo / Número de Parte : 6267B Número de Serie : 1539A02536

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 25-mar-25 Fecha de Vencimiento : 25-mar-26
Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA
Condiciones Ambientales : Temperatura : 28,6°C Humedad Relativa : 25%
Procedimiento : 33K1-4-25-1, 30 SEPTEMBER 2000, CHANGE 11 - 30 NOVEMBER 2005
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	11-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 25-FS-44-0134

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
		10,15	10,00	10,00	-0,15	0,80
		19,97	20,00	20,00	0,03	0,80
		29,82	30,00	30,00	0,18	0,80
		39,63	40,00	40,00	0,37	0,80
CALIBRACION DE CORRIENTE CONTINUA						
TERMINAL FRONTAL		A	A	A	A	A
		1,003	1,000	1,000	-0,003	0,20
		2,020	2,000	2,000	-0,020	0,20
		3,019	3,000	3,000	-0,019	0,20
TERMINAL TRASERO		A	A	A	A	A
		2,007	2,000	2,000	-0,007	0,20
		4,027	4,000	4,000	-0,027	0,20
		6,063	6,000	6,000	-0,063	0,20
		8,075	8,000	8,000	-0,075	0,20
		10,113	10,000	10,000	-0,113	0,20
Ripple Noise	3 A / 40 V	0,160 mV rms				




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración