

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0566 FECHA DE EMISION: 18-dic-25 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : ELECTRONIC AIRCRAFT WEIGHING KIT

Fabricante : JACKSON AIRCRAFT WEIGHING SYSTEMS

Modelo / Número de Parte : M2000-3-10CS Número de Serie : 14-9739

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-dic-25 Fecha de Vencimiento : 18-dic-26

Lugar de Calibración : LABORATORIO FUERZA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 19,7 ± 5 °C Humedad Relativa : 51 ± 30 %

Procedimiento : MANUAL Y CERTIF. DE CALIBRACION DE FABRICANTE

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CELDA DE CARGA	MOREHOUSE	PRECISION	P-10975	113992	10-ene-26	I.D.I.C.	NIST
CELDA DE CARGA	H.B.M.	Z30A	270610700	113942	09-ene-26	I.D.I.C.	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0566

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RANGE: 0 - 10000lbf	113992	lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
LOAD CELL N°1 (ROJA)		0	0	0	0	10
SERIAL N°: W152760A		500,0	500	500	0	10
		1000,0	1002	1002	2	10
		1500,0	1517	1501	1	10
		2000,0	2000	2002	2	10
		2500,0	2500	2502	2	10
		3000,0	3000	3001	1	10
		4000,0	4003	4001	1	10
		5000,0	5000	5001	1	10
		6000,0	6003	5999	-1	10
		7000,0	7008	6999	-1	10
		8000,0	8010	7998	-2	10
		9000,0	9002	8997	-3	10
		10000,0	10004	10007	7	10
RANGE: 0 - 10000lbf		lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
LOAD CELL N°2 (AZUL)		0	0	0	0	10
SERIAL N°: W152765A		500,0	503	501	1	10
		1000,0	1005	1002	2	10
		1500,0	1501	1501	1	10
		2000,0	2015	2001	1	10
		2500,0	2503	2501	1	10
		3000,0	3002	3000	0	10
		4000,0	4002	4000	0	10
		5000,0	5003	5000	0	10
		6000,0	6002	6000	0	10
		7000,0	7005	6999	-1	10
		8000,0	8004	7999	-1	10
		9000,0	9002	8999	-1	10
		10000,0	10006	9999	-1	10

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-EA-44-0566

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RANGE: 0 - 10000lbf	113992	lbf	lbf	lbf	lbf	lbf
LOAD CELL N°3 (AMARILLA)		0	0	0	0	10
SERIAL N°: W155026A		500,0	505	500	0	10
		1000,0	1002	1000	0	10
		1500,0	1500	1500	0	10
		2000,0	2002	2000	0	10
		2500,0	2507	2500	0	10
		3000,0	3000	3000	0	10
		4000,0	4002	4001	1	10
		5000,0	5002	5001	1	10
		6000,0	6002	6002	2	10
		7000,0	6998	7002	2	10
		8000,0	8000	7999	-1	10
		9000,0	8997	9006	6	10
		10000,0	10007	10007	7	10



EKTOR ARÉVALO BASTÍAS
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2025.12.18
16:43:42 -03'00'

Fin del certificado de calibración