

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0155 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 26 III **Número de Serie** : 74000323

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 18-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,1°C **Humedad Relativa** : 33%

Procedimiento : 33K8-4-14-1 (2013)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-27	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0155

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
40 mV		39,00	38,99	38,99	-0,01	0,17
400 mV		390,0	389,9	389,9	-0,1	1,3
		V	V	V	V	V
4 V		3,900	3,898	3,898	-0,002	0,013
40 V		39,00	38,99	38,99	-0,01	0,13
400 V		390,0	390,0	390,0	0,0	1,3
		-390,0	-389,9	-389,9	0,1	1,3
		200,0	200,0	200,0	0,0	0,7
		-200,0	-199,9	-199,9	0,1	0,7
		100,0	100,0	100,0	0,0	0,4
		-100,0	-99,9	-99,9	0,1	0,4
1000 V		950	950	950	0	4
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
400 mV @ 50 Hz		390,0	388,2	388,3	-1,7	7,8
1 kHz		390,0	386,9	386,9	-3,1	7,8
RANGO/FREC.:		V	V	V	V	V
4 V @ 50 Hz		3,900	3,893	3,893	-0,007	0,076
1 kHz		3,900	3,878	3,878	-0,022	0,076
40 V @ 50 Hz		39,00	38,93	38,93	-0,07	0,61
1 kHz		39,00	38,97	38,97	-0,03	0,61
400 V @ 50 Hz		390,0	389,3	389,3	-0,7	6,1
1 kHz		390,0	389,9	389,9	-0,1	6,1
1000 V @ 50 Hz		950	954	954	4	16
1 kHz		950	955	955	5	16
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
4 mA		3,900	3,899	3,899	-0,001	0,025
40 mA		39,00	39,00	39,00	0,00	0,22
		A	A	A	A	A
4 A		3,900	3,899	3,899	-0,001	0,025
10 A		9,00	9,00	9,00	0,00	0,07

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0155

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
4 mA @ 50 Hz		3,900	3,892	3,892	-0,008	0,063
1 kHz		3,900	3,896	3,896	-0,004	0,063
40 mA @ 50 Hz		39,00	39,02	39,02	0,02	0,61
1 kHz		39,00	39,05	39,05	0,05	0,61
RANGO/FREC.:		A	A	A	A	A
4 A @ 50 Hz		3,900	3,891	3,891	-0,009	0,063
1 kHz		3,900	3,894	3,894	-0,006	0,063
10 A @ 50 Hz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,16
1 kHz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,16
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
400 Ω		190,0	190,2	190,2	0,2	1,0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
4 kΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,009
40 kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,09
400 kΩ		190,0	189,6	189,6	-0,4	1,2
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
4 MΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,009
40 MΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	0,22
CALIBRACION DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
100 nF		50,00	49,85	49,85	-0,15	0,57
1000 nF		500,0	499,0	499,0	-1,0	9,7
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
RANGO/VOLTAJE:		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
100 Hz @ 700 mV		90,00	89,99	89,99	-0,01	0,11
1000 Hz @ 300 mV		600,0	599,9	599,9	-0,1	1,1
RANGO/VOLTAJE:		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
10 kHz @ 300 mV		5,000	4,999	4,999	-0,001	0,011
20 kHz @ 300 mV		10,000	9,999	9,999	-0,001	0,070



FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración