

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 26-JD-44-0116 FECHA DE EMISION: 03-mar-26 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE -IV BRIGADA AÉREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TEST SET ENGINE OPERATION

Fabricante : GENERAL ELECTRIC

Modelo / Número de Parte : A2258G704 Número de Serie : K0066

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 03-mar-26 Fecha de Vencimiento : 03-mar-27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACION ELECTRICA DTS

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : 33K6-4-1404-1(30 SEPTIEMBRE 1996)

Desviación a los procedimientos : FUNCION VIBRACION NO CALIBRADO

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIFUNCTION PROCESS CALIBRATOR	FLUKE	725	2563122	111886	11-abr-26	DTS	NIST
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	12-ago-26	DTS	NIST
OHM SUPPLY	ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES	DB 877	711026	103211	14-ago-26	DTS	NIST
DECADE RESISTOR	GENERAL RADIO	1434-B	8034	102124	14-mar-26	DTS	NIST
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	MICROPRECISION	NIST
CALIBRATOR	FLUKE	5720A	8711215	105221	01-ago-26	MICROPRECISION	NIST
TACHOMETER GENERATOR INDICATOR	AIRCRAFT INSTRUMENT	TTU-27E	5445	104796	11-abr-26	DTS	NIST
ELECTRICAL POSITIONING ASSEMBLY	THETA INSTRUMENT	C-308	B542-10	102322	NCR	DTS	NIST
MASTER TRANSMITTER	GENERAL ELECTRIC	A905G2	B046	14000122	23-feb-27	DTS	NIST
PRESSURE CONTROLLER CALIBRATOR	FLUKE	6270A	3519005	112588	15-may-26	FLUKE	NIST

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-JD-44-0116

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FUEL FLOW CALIBRATION						
FLOW		PPH	PPH	PPH	PPH	PPH
0-15000PPH		1000	1003	1003	3	7
		3500	3507	3507	7	7
		6000	6020	6020	20	34
		10000	10027	10027	27	34
		15000	15030	15030	30	34
AUTO-TEST		N/A	3500	3501	N/A	7
RPM CALIBRATION						
RPM		%	%	%	%	%
0-100%		20,0	20,2	20,0	0,0	0,2
		40,0	40,2	40,0	0,0	0,2
		60,0	60,2	60,0	0,0	0,2
		80,0	80,2	80,0	0,0	0,2
		100,0	100,2	100,0	0,0	0,2
AUTO-TEST		N/A	100,0	100,0	N/A	0,2
EXHAUST GAS TEMPERATURE CALIBRATION						
TEMPERATURE		°C	°C	°C	°C	°C
		200	200	202	2	3,0
		400	401	400	0	2,0
		600	604	600	0	2,0
		800	807	800	0	2,0
		996	005	995	-1	2,0
AUTO-TEST		N/A	700	702	N/A	2,0
NOZZLE POSITION INDICATOR CALIBRATION.						
		%	%	%	%	%
NOZZLE		24,5	25	25	0,5	2,0
		49,0	49	49	0,0	2,0
		98,0	98	98	0,0	2,0
AUTO-TEST		N/A	30	30	N/A	2,0
COMPRESSOR DISCHARGE / AMBIENT PRESSURE CALIBRATION						
RANGO		in Hg	in Hg	in Hg	in Hg	in Hg
0-300 inHg		0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
		100,0	100,5	100,5	0,5	0,7
		150,0	150,5	150,5	0,5	0,7
		200,0	200,5	200,5	0,5	0,7
		250,0	250,5	250,5	0,5	0,7
AUTO-TEST		N/A	300,00	300,6	N/A	0,7

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
COMPRESSOR DISCHARGE / AMBIENT PRESSURE CALIBRATION						
RANGO		in Hg	in Hg	in Hg	in Hg	in Hg
20 a 31 inHg		20,00	20,11	20,11	0,11	0,13
		23,00	23,10	23,10	0,10	0,13
		26,00	26,11	26,11	0,11	0,13
		29,00	29,11	29,11	0,11	0,13
		31,00	31,10	31,10	0,10	0,13
AUTO-TEST		N/A	30,00	29,96	N/A	0,33
VAIN GUIDE CALIBRATION						
VG		%	%	%	%	%
(1A); 4,8 kΩ;(1B);1,20 kΩ		0	0	0	0	2
(1A); 4,56 kΩ;(1B);1,44 kΩ		10	10	10	0	2
(1A); 4,32 kΩ;(1B);1,68 kΩ		20	20	20	0	2
(1A); 4,08 kΩ;(1B);1,92 kΩ		30	30	30	0	2
(1A); 3,84 kΩ;(1B);2,16 kΩ		40	40	40	0	2
(1A); 3,60 kΩ;(1B);2,40 kΩ		50	50	50	0	2
(1A); 3,36 kΩ;(1B);2,64 kΩ		60	60	60	0	2
(1A); 3,12 kΩ;(1B);2,88 kΩ		70	70	70	0	2
(1A); 2,88 kΩ;(1B);3,12 kΩ		80	80	80	0	2
(1A); 2,64 kΩ;(1B);3,36 kΩ		90	90	90	0	2
(1A); 2,40 kΩ;(1B);3,60 kΩ		100	100	100	0	2
AUTO-TEST		N/A	100	100	N/A	2
OUTSIDE AIR TEMPERATURE CALIBRATION						
		°C	°C	°C	°C	°C
OAT		-25,0	-24,1	-24,1	0,9	0,9
		0,0	00,1	00,1	0,1	0,9
		25,0	25,2	25,2	0,2	0,9
		55,0	54,5	54,5	-0,5	0,9
		N/A	16,1	16,1	N/A	0,6



[Handwritten signature]

JORGE DÍAZ CÁCERES
TÉCNICO METRÓLOGO

**LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO**

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2026.03.04 09:09:38 -03'00'