

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-AM-44-0125 **FECHA DE EMISION:** 26-abr-24 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : VALISE DE CONTROLE TACHYMETRIQUE

Fabricante : JAEGER

Modelo / Número de Parte : 68901-900-3 (VN 10) **Número de Serie** : 198

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 22-abr-24 **Fecha de Vencimiento** : 22-abr-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA, BASE AÉREA CHABUNCO

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 22,9°C **Humedad Relativa** : 30%

Procedimiento : INFORMACIÓN TÉCNICA

Intervalo de calibración : 12 **Meses**

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
UNIVERSAL COUNTER	AGILENT	53131A	SG40007454	105236	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-006	NO TIENE	19-ene-25	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 24-AM-44-0125

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD ANGULAR						
Hz		RPM	RPM	RPM	RPM	RPM
1498,395		499,5	500,0	500,0	0,5	50
2998,539		999,5	1000,0	1000,0	0,5	50
4498,586		1499,5	1500,0	1500,0	0,5	50
5998,841		1999,6	2000,0	2000,0	0,4	50
7497,632		2499,2	2500,0	2500,0	0,8	50
8997,837		2999,3	3000,0	3000,0	0,7	50
10498,444		3499,5	3500,0	3500,0	0,5	50
11997,897		3999,3	4000,0	4000,0	0,7	50
13498,204		4499,4	4500,0	4500,0	0,6	50
14998,415		4999,5	5000,0	5000,0	0,5	50
16498,396		5499,5	5500,0	5500,0	0,5	50
17999,127		5999,7	6000,0	6000,0	0,3	50




ALEX MARTÍNEZ FIGUEROA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración