

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente : Fuerza Aérea de Chile
Dirección : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo : CG6925755958
No. de Control ENAER : FE-0418
Fecha de Emisión : 26 de junio de 2025
S. S. C. C. : 1668398

Denominación : Torque Tester Análogo
Fabricante : FACOM
ID Cliente : -----
No. de Parte : CD.3
No. de Serie : 10671
Rango : 20 lbf-ft - 370 lbf-ft
Resolución : 5 lbf-ft

Trazabilidad

Patrón Utilizado : Set de Masas
Fabricante : Troemner
Modelo : Clase M2
Serie : SP-0071
No. de Certificado : 6121 - 6122
Vencimiento : 25 de marzo de 2026
Emisor del Certificado : CESMEC S. A.
Trazabilidad : CESMEC S. A.

Nota:

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

Los resultados mostrados en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite, no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

CARTA DE CALIBRACIÓN

Registro de Lecturas

Torque Sentido Horario				
Punto Lectura (%)	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lb·ft	Patrón lb·ft	Error ($\bar{x}$) lb·ft	Error ($\bar{x}$) (%)
25	89,7	89,92	-0,22	-0,25
50	178,7	179,84	-1,14	-0,63
75	269,6	269,77	-0,17	-0,06
100	359,9	359,70	0,20	0,05

U total para $k = 2$	0,07%
------------------------	-------

Torque Sentido Antihorario				
Punto Lectura (%)	Lectura ($\bar{x}$) I.B.C. lb·ft	Patrón lb·ft	Error ($\bar{x}$) lb·ft	Error ($\bar{x}$) (%)
25	89,2	89,92	-0,72	-0,81
50	178,2	179,84	-1,64	-0,91
75	269,1	269,77	-0,67	-0,25
100	357,5	359,70	-2,20	-0,61

U total para $k = 2$	0,09%
------------------------	-------

Observaciones: Instrumento fue ajustado y calibrado según procedimiento PTE - 320

Lugar de Calibración	Laboratorio de Física
Condición Ambiental	19,6°C $\pm$ 0,1°C 43,3% H. R. $\pm$ 0,2% H. R.
Procedimiento Utilizado	PTE - 320 ASME B 107.300 2010
Exactitud del Instrumento en Ensayo	$\pm$ 1% de la lectura a partir del 20% al 100% de la escala completa.
Método de Calibración	Comparación Directa

Fecha de Calibración: 24 de junio de 2025

Fecha de Vencimiento: 24 de junio de 2026

José Guerrero Araya
 Técnico Calibrador

Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe Laboratorio de Metrología y Calibraciones