

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0642 FECHA DE EMISION: 22-nov-24 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : THERMOMETER

Fabricante : CHAUVIN - ARNOUX

Modelo / Número de Parte : C.A 860 Número de Serie : 970512812

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-nov-24 Fecha de Vencimiento : 19-nov-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO DE MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 14,8 Humedad Relativa : 44%

Procedimiento : ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK DATRON	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	13-dic-24	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0642

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TEMPERATURE CALIBRATION						
RESOLUCION 1		°C	°C	°C	°C	°C
		-50	-49	-49	1	± 3 % READ. ± 1 °C
		0	1	1	1	± 3 % READ. ± 1 °C
		100	101	101	1	± 3 % READ. ± 1 °C
		200	200	200	0	± 3 % READ. ± 1 °C
		300	300	300	0	± 3 % READ. ± 1 °C
		400	399	399	-1	± 3 % READ. ± 1 °C
		500	500	500	0	± 3 % READ. ± 1 °C
		600	601	601	1	± 3 % READ. ± 1 °C
		700	701	701	1	± 3 % READ. ± 1 °C
		800	801	801	1	± 3 % READ. ± 1 °C
		900	900	900	0	± 3 % READ. ± 1 °C
		1000	999	999	-1	± 3 % READ. ± 1 °C
		1100	1100	1100	0	± 3 % READ. ± 1 °C
		1200	1198	1198	-2	± 3 % READ. ± 1 °C
		1300	1293	1293	-7	± 3 % READ. ± 1 °C
RESOLUCION 0,1		0,0	0,9	0,9	0,9	± 3 % READ. ± 1 °C
		100,0	100,9	100,9	0,9	± 3 % READ. ± 1 °C
		200,0	199,5	199,5	-0,5	± 3 % READ. ± 1 °C




Andrés Jorquera H.

TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración