

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 26-FS-44-0183 FECHA DE EMISION: 02-abr-26 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA PUNTA ARENAS.

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : BATTERY TESTER FOR BATTERY

Fabricante : KANNAD AVIATION, a Division of Orolia Ltd.

Modelo / Número de Parte : 101054 Número de Serie : ORO 230

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 Fecha de Vencimiento : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 24,4 °C Humedad Relativa : 20%

Procedimiento : MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87V	28960058	111967	27-jun-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0183

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE RESISTENCIA INTERNA						
		LOAD HIGH I	2,45 Ω			
		LOAD LOW I	22,50 Ω			
CALIBRACION DE MEDICION DE CORRIENTE EN INDICADOR CENTRADO						
	APLICADO	MEDIDO (ADC)		SWITCH		
	5,35V	2,18 A	2,16 A	LOAD HIGH I		
	5,35V	0,237 A	0,238 A	LOAD LOW I		




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración