

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0623 FECHA DE EMISION: 22-nov-24 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53

Descripción del ítem : MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 73 III Número de Serie : 75530949

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 15-nov-24 Fecha de Vencimiento : 15-nov-25

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO DE MANTENIMIENTO

Condiciones Ambientales : Temperatura : 16,8 Humedad Relativa : 40%

Procedimiento : T.O. 33K8-4-14-1, 30 MAY 2013

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK DATRON	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	HYGRO-TERIO	HTC-8	TEMP-008	NO TIENE	13-dic-24	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-AJ-44-0623

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		mV	mV	mV	mV	mV
RANGE 320 mV		300,0	299,5	299,5	-0,5	299,0 to 301,0
		V	V	V	V	V
RANGE 3,2 V		3,000	2,997	2,997	-0,003	2,990 to 3,010
RANGE 32 V		30,00	29,97	29,97	-0,03	29,90 to 30,10
		-30,00	-29,97	-29,97	0,03	-29,90 to -30,10
		20,00	19,98	19,98	-0,02	19,93 to 20,07
		-20,00	-19,98	-19,98	0,02	-19,93 to -20,07
		10,00	9,99	9,99	-0,01	9,96 to 10,04
		-10,00	-9,98	-9,98	0,02	-9,96 to -10,04
RANGE 320 V		300,0	299,7	299,7	-0,3	299,0 to 301,0
RANGE 600 V		550	552	552	2	547 to 553
AC VOLTAGE CALIBRATION						
	FRECUENCIA	V	V	V	V	V
RANGE 3,2 V	@ 45 Hz	3,000	2,998	2,998	-0,002	2,938 to 3,062
	@ 500Hz	3,000	2,988	2,988	-0,012	2,938 to 3,062
RANGE 32 V	@ 45 Hz	30,00	29,99	29,99	-0,01	29,38 to 30,62
	@ 1000Hz	30,00	29,99	29,99	-0,01	2,938 to 3,062
RANGE 320 V	@ 50 Hz	300,0	299,9	299,9	-0,1	293,8 to 306,2
	@ 1000Hz	300,0	299,9	299,9	-0,1	293,8 to 306,2
RANGE 600 V	@ 50 Hz	550	549	549	-1	537 to 536
	@ 1000Hz	550	549	549	-1	537 to 536
DC CURRENT CALIBRATION						
		mA	mA	mA	mA	mA
RANGE 32 mA		30,00	29,82	29,82	-0,18	29,53 to 30,47
RANGE 320 mA		300,0	298,7	298,7	-1,3	295,3 to 304,7
		A	A	A	A	A
RANGE 10 A		9,50	9,50	9,50	0,00	2,04 to 2,36
AC CURRENT CALIBRATION						
	FRECUENCIA	mA	mA	mA	mA	mA
RANGE 32 mA	@ 45 Hz	30,00	29,85	29,85	-0,15	29,23 to 30,77
	@ 1 kHz	30,00	29,88	29,88	-0,12	29,23 to 30,77
RANGE 320 mA	@ 45 Hz	300,0	299,0	299,0	-1,0	292,3 to 307,7
	@ 1 kHz	300,0	299,3	299,3	-0,7	292,3 to 307,7
		A	A	A	A	A
RANGE 10 A	@ 45 Hz	9,00	9,00	9,00	0,00	1,95 to 2,45
@ 1 kHz / 9	@ 1 kHz	9,00	9,03	9,03	0,03	1,95 to 2,46

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado	: 24-AJ-44-0623
-------------------	-----------------

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

[illegible]

Andrés Jorquera H.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración