

CERTIFICADO DE CALIBRACION
 CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER CG6925760147
N° REMISION / REMISSION N° SSCC: 1742982
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE 28/11/2025
OBJETO PROFUNDIMETRO DIGITAL
OBJECT
FABRICANTE MAUSER
MANUFACTURER
N° DE PARTE 571-253-10
PART N°
N° DE SERIE 20099
SERIAL N°
RANGO 0 mm – 250 mm
RANGE
RESOLUCION 0,01 mm
RESOLUTION
CODIGO FACH S/C
N° DE CONTROL ENAER FA-0930
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE T.O. 33K6-4-17-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	SET GAGE BLOCK
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	RC88MLM
N° de Serie / Serial number	32091.9
Certificado N° / Certificate N°	25-70092-A
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	05/02/2027
Emisor / Origin	STARRETT
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR mm	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO mm	ERROR mm
0	0	0
20	20,00	0
40	40,00	0
60	60,00	0
80	80,00	0
100	100,00	0
120	120,00	0
160	160,00	0
200	200,00	0
220	220,00	0

U. TOTAL k=2	0,02 mm
Exactitud entregada por Fabricante	± 0,02 mm
Lugar de Calibración Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,2 °C +/- 1 °C (46,7 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date:

28 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date:

28 de noviembre de 2026


Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory