

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6925755944
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1666967
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	27/06/2025

OBJETO <i>OBJECT</i>	PROFUNDIMETRO ANALOGO
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	TESA
N° DE PARTE <i>PART N°</i>	S/P (510143)
N° DE SERIE <i>SERIAL N°</i>	S/S (5515569)
RANGO <i>RANGE</i>	0 in – 11 in
RESOLUCION <i>RESOLUTION</i>	0,001 in
CODIGO FACH	-----
N° DE CONTROL ENAER	FA-0295

PROCEDIMIENTO / PROCEDURE **T.O.** **33K6-4-17-1**

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	GAGE BLOCK SET
Fabricante / Manufacturer	STARRETT
Modelo / Model	SS81A1X
N° de Serie / Serial number	5.1567SA-33AC
Certificado N° / Certificate N°	290425DI3223
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	29/04/2027
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACION
CALIBRATION RESULTS

LECTURA DEL ESTANDAR in	LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO in	ERROR in
0	0,000	0
1	1,000	0
3	3,000	0
5	5,000	0
7	7,000	0
9	9,000	0
10	10,000	0
10,5	10,500	0

U. TOTAL k=2	0,001 in
Tolerancia entregada por fabricante	+/- 0,001 in
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / <i>Environment</i>	20,4°C +/- 2 °C (43,1 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 27 de junio de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 27 de junio de 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory