

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-PF-44-0195


Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN TEMPERATURA

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE	ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
(0 a 150) °F	42168-1	°F	°F	°F	°F
		32	32	0	2
		38	38	0	2
		76	77	1	2
		114	116	2	2
		136	138	2	2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN DENSIDAD

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE	ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
(39 a 51) °API	E 0644	°API	°API	°API	°API
		40,20	40,10	-0,1	0,1
		42,00	41,95	-0,05	0,1
		45,00	44,95	-0,05	0,1
		48,00	47,95	-0,05	0,1
		49,80	49,80	0,0	0,1


PABLO FUENTES FUENTEALBA
TÉCNICO METROLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR PEREIRA TRONCOSO
Fecha: 2025.06.12 18:55:08 -04'00'

Fin del certificado de calibración

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-PF-44-0195 FECHA DE EMISIÓN: 12-jun-25 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IV BRIGADA AÉREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53
Descripción del ítem : TERMOHIDRÓMETRO
Fabricante : CHASE
Modelo / Número de Parte : ASTM 55HL Número de Serie : 763354

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 11-jun-25 Fecha de Vencimiento : 11-jun-26
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE TEMPERATURA, DTS SpA.
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%
Procedimiento : 6752PRO040-01 rev 20.00 / 53000C00PRO010-01 Rev 3.00
Desviación a los procedimientos : NINGUNA
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
STIK THERMOMETER	FLUKE	1552A EX	5261010	N/A	31-jul-26	LCPN-T	LCPN-T
MICRO BATH	FLUKE	7103	A9B369	108932	22-ago-25	DTS	DTS
THERMOCOUPLE CALIBRATOR	OMEGA	CL300A	2947107	112065	12-dic-25	DTS	DTS
AIR PRESSURE METER	N/I	A6034905	PR-001	528	08-ene-26	DTS	DTS
PIE DE METRO DIGITAL	STARRETT	722-Z-6	001	102985	25-mar-26	DTS	DTS
BALANZA DIGITAL	UWE	JW-250	E 0644	N/A	26-may-26	DTS	DTS

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones. Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.