Certificado de Calibração

Certificado de Calibração nº TESTE-001/2026 **Data: 00/00/0000**

Solicitante: Metrologia

1. Descrição do instrumento calibrado

Denominação: ----
Código: ----
Fabricante: ----

2. Padrão utilizado

*Máquina de medição por coordenadas 500.011 - Carl Zeiss
Certificado de Calibração n° ??? - ???; de 00/00/0000 - Próxima Calibração: 00/00/0000

3. Procedimento de calibração

Nr. do procedimento / revisão: ---- - ---- (revisão ----).
O instrumento de medição foi medido na máquina de medição por coordenadas e no projetor de perfil, através de elementos geométricos definidos, sendo o resultado apresentado a média de duas medições realizadas.
Os resultados estão referenciados a temperatura de 20° Celsius.

Parecer final: REPROVADO

4. Resultados (mm)

Parâmetro avaliado	Valor nominal	Tol. +	Tol. -	Valor obtido	Erro
Diâmetro A	10,000	0,010	-0,010	10,003	0,003
Posição do furo A	5,000	0,100	0,000	5,050	0,050
Posição do rebaixo B	8,000	0,100	0,000	7,950	-0,050
Diâmetro B	20,000	0,005	-0,005	20,013	0,013

5. Incerteza de medição:

0,001 mm k = 2,000

6. Observações

*Os parâmetros avaliados foram obtidos da Ficha de Auto Controle do produto que o dispositivo controla.
Técnico executante: -----

_____
João Carlos Gomes de Oliveira
Signatário Autorizado

Notas:

* A incerteza expandida de medição relatada é declarada como incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k = XX, o qual para uma distribuição t com veff = YY graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95% (k e veff apresentados acima). A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
* Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento submetido a calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.
* Não é permitida a reprodução parcial deste certificado.
* Finalização do relatório.