	ENCAMINHAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO	POT CC Nº: 042
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 21/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Encaminhar os equipamentos do Centro Cirúrgico que estão danificados para conserto, garantindo o retorno do mesmo, em perfeitas condições de uso.

2. ABRANGÊNCIA

- 2.1 – Centro Cirúrgico;
- 2.2 – Engenharia Clínica.

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE


- 3.1 – Enfermeiro Centro Cirúrgico;
- 3.2 – Técnico da Engenharia clínica/Engenheiro Clínico;
- 3.3 – Secretária Centro Cirúrgico.

4. MATERIAL

- 4.1 – Equipamento danificado;
- 4.2 – Escala cirúrgica;
- 4.3 – Caneta;
- 4.4 – Telefone;
- 4.5 – Livro de Registro dos Enfermeiros Centro Cirúrgico;
- 4.6 – Sistema de Informática.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 – Quando houver um equipamento danificado, o mesmo deverá ser, imediatamente, encaminhado para conserto no setor de Manutenção/Engenharia clínica;
- 5.2 – Após ser revisado, sendo necessário conserto externo, o Técnico de Manutenção deverá dar o encaminhamento deste equipamento para empresa especializada;
- 5.3 – Caberá ao Enfermeiro do Centro Cirúrgico, realizar a revisão da escala cirúrgica vigente, verificando se o equipamento danificado seria utilizado no dia em que houve o dano. Se sim, deverá ser comunicado a chefia de Enfermagem do Centro Cirúrgico e Equipe Cirúrgica;
- 5.4 – O Enfermeiro do Centro Cirúrgico deverá realizar o registro no Livro de Registro dos Enfermeiros, informando o encaminhamento do equipamento e relatando a previsão de retorno do mesmo;
- 5.5 – O Enfermeiro do Centro Cirúrgico também deverá comunicar o Agendamento Cirúrgico, por telefone e por e-mail, solicitando que o equipamento não seja disponibilizado durante o agendamento de procedimentos;
- 5.6 – Quando o equipamento retornar em condições de uso, também deverá ser registrado no Livro de Registro dos Enfermeiros do Centro Cirúrgico e repassar esta informação via e-mail para o Agendamento Cirúrgico, liberando o equipamento para o agendamento de procedimentos.

	ENCAMINHAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO	POT CC Nº: 042
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 21/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 2 de 3

6. INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

Está indicado para os equipamentos do Centro Cirúrgico que estejam danificados.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

Não se aplica.

8. REGISTROS

Livro de Registro dos Enfermeiros do Centro Cirúrgico.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

9.1 – Deverá ser realizado o acompanhamento do retorno do equipamento em tempo prometido, evitando suspensões de cirurgias;

9.2 – O equipamento deverá ser revisado no retorno, evitando que novo dano ocorra durante o uso do trans-operatório, garantindo a Cirurgia Segura.


10. AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

10.1 – Poderá ser solicitado à empresa, o empréstimo de outro equipamento para substituir o que estará em manutenção, evitando o cancelamento de procedimentos por falta de equipamento;

10.2 – Verificar com o Setor de Manutenção do Centro Cirúrgico, a realização e controle periódico da manutenção preventiva dos equipamentos.

11. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

	ENCAMINHAMENTO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO	POT CC Nº: 042
	CENTRO CIRÚRGICO	Edição: 21/10/2013 Versão: 001 Data Versão: 10/10/2017 Página 3 de 3

12. ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO

Revisão	Data	Elaborado/revisado por	Descrição das alterações
000	21/10/2013	Enf ^a Carolina Frare	Emissão do documento
001	10/10/2017	Enf ^a Elisiane Barcelos	Excluído item 8.2

Data de Emissão	Disponibilizado por Setor de Qualidade	Aprovado por		
		Gerente do Setor	Diretor da Área	Gerente de Enfermagem
10/11/2017	Priscila de Souza Ávila Pereira	Liliani Mireider Mendonça	Vitor Alves	Angélica Bellinaso