

INCIDÊNCIAS SISTEMA DE IMAGENS



CORREÇÕES DE LAUDO PÓS ASSINATURA


Segue para verificação a incidência de correções de dados quando o LAUDO já é assinado pelo médico, nesse caso tivemos que alterar o nome do paciente que estava errado, foi realizado o procedimento correto como instrução da OPTIX, foi cancelado o laudo, mas com esse laudo cancelado no sistema, ao realizarmos uma pesquisa no sistema <u>GERAL</u> disponibilizado a todos (Exames) END: (http://optixserver1/pacs/DS/studies.html), o mesmo ainda estava com o laudo assinado como mostra a figura de Nº 1,2 e 3, o nosso problema é quando a assinatura foi cancelada no módulo <u>OPTIX ONE</u> para retificações no laudo, o mesmo não deveria estar liberado para impressão e também com assinatura no módulos EXAMES.

DADOS

Paciente: ALEXSANDER MIRANDA MARTIN

Data: 04/02/2018 **ACC:** 3227838

1- Depois de o laudo ser cancelado a assinatura, ainda consta com assinatura, conforme pesquisa no módulo **EXAMES**;







INCIDÊNCIAS SISTEMA DE IMAGENS



2 – Laudo assinado e pronto para liberação de impressão mesmo com a alteração do nome do paciente, e no corpo do laudo ainda consta o nome errado do paciente;



3 - Laudo já realizado dentro do sistema e assinado;





INCIDÊNCIAS SISTEMA DE IMAGENS



4 – Como mostra esse *print* a assinatura está canelada ou seja não assinado;

