

# Rapporto di taratura

## T1T-PST-PSTR

# Endress+Hauser

People for Process Automation

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

### Dati cliente

Ragione Sociale AGRUMIGEL SRL  
Indirizzo C/da GIROTTA  
CAP 98051 BARCELLONA P.G.  
Intervento 004413038991  
tecnico n°

Numero rapporto

FSA05TLX8

Data taratura

22/09/2021

### Luogo della taratura

Ragione Sociale AGRUMIGEL SRL  
Indirizzo C/da GIROTTA  
CAP 98051 BARCELLONA P.G.  
Contatto Mr. DAVIDE SETTINERI

### Dati strumento (UUT)

Strumento Termotech 00031  
Numero di serie 4C0003104A1  
Applicazione Temp. pastorizzazione Past. a Piastre  
TAG T1T-PST-PSTR

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (27 ± 2) °C  
Umidità ambiente (85 ± 5) %RH

### Accessori/Componenti

| Modello             | Descrizione                          | Numero di serie |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 6AV6 644-0AA01-2AX0 | Pannello Operatore Siemens           | IT24303         |
| RSG45-A1L0/0        | Registratore Ecograph Endress Hauser | M6042E04484     |

### Riferimenti utilizzati

| Descrizione                               | Numero di serie    | Numero certificato | Data di taratura |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| T53-00 Termometro Dostmann P750 con sonda | 75020110989_S104C9 | LAT 078 210125-1   | 19/02/2021       |
| TST310-B5C1C4A2B1A                        | 14175              |                    |                  |
| T53-01 Fornetto Calibratore a bagno Olio  | R606-21            | N.A.               |                  |
| QUARTZ FLUID H100                         |                    |                    |                  |

### SOP di taratura utilizzata

| SOP numero | Descrizione SOP                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| PT.T70.R2  | Taratura in campo della misura di temperatura |

Conformità UUT

☒ Strumento conforme

☐ Strumento non conforme

Prossima  
taratura

22/09/2022

### Note

Routine espletata con successo.

Il presente rapporto di taratura documenta la tracciabilità riferita a standard nazionali o internazionali, le unità di misura impiegate sono in accordo con il Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo rapporto di taratura può essere pubblicato o riprodotto solo integralmente. L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. I risultati di misura e la dichiarazione di conformità si riferiscono esclusivamente allo strumento tarato. La dichiarazione di conformità alla specifica è presa considerando una zona di accettabilità definita riducendo la zona di tolleranza (MPE) dall'incertezza estesa. Il criterio di accettazione è stabilito dalla norma ISO 14253-1.

Il Tecnico  
Firma Salvatore Gianino

Il Cliente  
Firma DAVIDE SETTINERI

Stampato il 05/10/2021

Versione 3.02.005 MP

# Rapporto di taratura

## T1T-PST-PSTR

Endress+Hauser Italia S.p.A.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Numero rapporto

FSA05TLX8

Data taratura

22/09/2021

| Parametro         | Temperatura al PLC |   |     |    |
|-------------------|--------------------|---|-----|----|
| Campo di misura   | -200               | a | 850 | °C |
| Campo di taratura | 5                  | a | 120 | °C |

### Valori di taratura "as found"

| Punto di prova | Set point | Valore di riferimento | Visualizzazione PLC | Deviazione* | ± Incertezza di misura | ± MPE |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------|
|                | °C        | °C                    | °C                  | °C          | °C                     | °C    |
| 1              | 5         | 4.93                  | 5.4                 | 0.47        | 0.13                   | 1.0   |
| 2              | 60        | 59.58                 | 60.1                | 0.52        | 0.17                   | 1.0   |
| 3              | 120       | 118.94                | 119.5               | 0.56        | 0.23                   | 1.0   |

\*Deviazione tra Visualizzazione PLC e Valore di riferimento

Conformità parametro ☒ Parametro conforme ☐ Parametro non conforme

| Parametro         | Temperatura al Registratore |   |     |    |
|-------------------|-----------------------------|---|-----|----|
| Campo di misura   | -200                        | a | 850 | °C |
| Campo di taratura | 5                           | a | 120 | °C |

### Valori di taratura "as found"

| Punto di prova | Set point | Valore di riferimento | Visualizzazione registratore | Deviazione* | ± Incertezza di misura | ± MPE |
|----------------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-------|
|                | °C        | °C                    | °C                           | °C          | °C                     | °C    |
| 1              | 5         | 4.93                  | 5.3                          | 0.37        | 0.13                   | 1.0   |
| 2              | 60        | 59.58                 | 60.0                         | 0.42        | 0.17                   | 1.0   |
| 3              | 120       | 118.94                | 118.9                        | -0.04       | 0.23                   | 1.0   |

\*Deviazione tra Visualizzazione registratore e Valore di riferimento

Conformità parametro ☒ Parametro conforme ☐ Parametro non conforme