

Rapporto di taratura

T1T-PST-PSTR

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Dati cliente

Ragione Sociale AGRUMIGEL SRL
Indirizzo C/da GIROTTA
CAP 98051 BARCELONA P.G.
Intervento 004413038991
tecnico n°

Numero rapporto

FSA05TLX8

Data taratura

22/09/2021

Luogo della taratura

Ragione Sociale AGRUMIGEL SRL
Indirizzo C/da GIROTTA
CAP 98051 BARCELONA P.G.
Contatto Mr. DAVIDE SETTINERI

Dati strumento (UUT)

Strumento Termotech 00031
Numero di serie 4C0003104A1
Applicazione Temp. pastorizzazione Past. a Piastre
TAG T1T-PST-PSTR

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (27 ± 2) °C
Umidità ambiente (85 ± 5) %RH

Accessori/Componenti

Modello	Descrizione	Numero di serie
6AV6 644-0AA01-2AX0	Pannello Operatore Siemens	IT24303
RSG45-A1L0/0	Registratore Ecograph Endress Hauser	M6042E04484

Riferimenti utilizzati

Descrizione	Numero di serie	Numero certificato	Data di taratura
T53-00 Termometro Dostmann P750 con sonda TST310-B5C1C4A2B1A	75020110989_S104C9 14175	LAT 078 210125-1	19/02/2021
T53-01 Fornetto Calibratore a bagno Olio QUARTZ FLUID H100	R606-21	N.A.	

SOP di taratura utilizzata

SOP numero	Descrizione SOP
PT.T70.R2	Taratura in campo della misura di temperatura

Conformità UUT

☒ Strumento conforme☐ Strumento non conformeProssima
taratura

22/09/2022

Note

Routine espletata con successo.

Il presente rapporto di taratura documenta la tracciabilità riferita a standard nazionali o internazionali, le unità di misura impiegate sono in accordo con il Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo rapporto di taratura può essere pubblicato o riprodotto solo integralmente. L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. I risultati di misura e la dichiarazione di conformità si riferiscono esclusivamente allo strumento tarato. La dichiarazione di conformità alla specifica è presa considerando una zona di accettabilità definita riducendo la zona di tolleranza (MPE) dall'incertezza estesa. Il criterio di accettazione è stabilito dalla norma ISO 14253-1.

Il Tecnico Salvatore Gianino
Firma

Stampato il 05/10/2021

Versione 3.02.005 MP

Il Cliente DAVIDE SETTINERI
Firma

Rapporto di taratura

T1T-PST-PSTR

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Numero rapporto

FSA05TLX8

Data taratura

22/09/2021

Parametro Temperatura al PLC
Campo di misura -200 a 850 °C
Campo di taratura 5 a 120 °C

Valori di taratura "as found"

Punto di prova	Set point	Valore di riferimento	Visualizzazione PLC	Deviazione*	± Incertezza di misura	± MPE
	°C	°C	°C	°C	°C	°C
1	5	4.93	5.4	0.47	0.13	1.0
2	60	59.58	60.1	0.52	0.17	1.0
3	120	118.94	119.5	0.56	0.23	1.0

*Deviazione tra Visualizzazione PLC e Valore di riferimento

Conformità parametro

☒ Parametro conforme

☐ Parametro non conforme

Parametro Temperatura al Registratore
Campo di misura -200 a 850 °C
Campo di taratura 5 a 120 °C

Valori di taratura "as found"

Punto di prova	Set point	Valore di riferimento	Visualizzazione registratore	Deviazione*	± Incertezza di misura	± MPE
	°C	°C	°C	°C	°C	°C
1	5	4.93	5.3	0.37	0.13	1.0
2	60	59.58	60.0	0.42	0.17	1.0
3	120	118.94	118.9	-0.04	0.23	1.0

*Deviazione tra Visualizzazione registratore e Valore di riferimento

Conformità parametro

☒ Parametro conforme

☐ Parametro non conforme