

Rapporto di taratura

TI-6_PST-PSTR

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Numero rapporto

CAL-0001225298

Data taratura

07/11/2024

Cliente

Denominazione AGRUMIGEL SRL

Indirizzo VIA CENTINEO 4

CAP/Comune 98051 BARCELLONA P.G.

Numero 00232056

intervento

Luogo di esecuzione

Denominazione AGRUMIGEL SRL

Indirizzo VIA CENTINEO 4

CAP/Comune 98051 BARCELLONA P.G.

Contatto Ms. ROBERTA MICALIZZI

Dati strumento (UUT)

Modello TM 32.02

Numero di serie IT24372

Applicazione PASTORIZZATORE A PIASTRE

Produttore Wika

TAG TI-6_PST-PSTR

Parametro Temperatura

Campo di misura 0 a 140 °C

Campo di taratura 5 a 120 °C

MPE / Incertezza indicata come % della lettura

Riferimenti utilizzati

Descrizione	Numero di serie	Numero certificato	Data di taratura
TST310	R5057B14175	LAT 078 231331-1	21/11/2023
Termometro P750	75020060275	LAT 078 231331-1	21/11/2023
Fornetto Fluid H100	R230-20	N.A	21/11/2023

SOP di taratura utilizzata

SOP numero	Titolo SOP
PT.T70.R3	Taratura in campo della misura di temperatura

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (22 ± 0) °C

Valori di taratura "as found"

Punto di prova	Valore di riferimento °C	Valore UUT °C	Deviazione* %	± Incertezza di misura %	± MPE %
1	5,05	5	-0,99	0,13	2
2	59,35	60	1,10	0,13	2
3	118,39	120	1,36	0,13	2

*Deviazione tra Valore UUT e Valore di riferimento in % della lettura

Conformità UUT

☒ Strumento conforme

☐ Strumento non conforme

Note

Risposta del termometro sotto test, approssimata allo 0,5°C di risoluzione piuttosto che alla risoluzione di 1°C, sia che il valore indicato sia leggermente positivo e/o negativo rispetto al mezzo grado, in quanto tale precisione dipende anche dal grado d

Il presente rapporto di taratura documenta la tracciabilità riferita a standard nazionali o internazionali, le unità di misura impiegate sono in accordo con il Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo rapporto di taratura può essere pubblicato o riprodotto solo integralmente. L'incertezza di misura estesa dichiarata è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di confidenza approssimabile al 95%. I risultati di misura e la dichiarazione di conformità si riferiscono esclusivamente allo strumento tarato. La conformità alle specifiche è dichiarata sulla base di un criterio binario superato/fallito quando la capacità di misura (Cm) è ≥ 2, come definito dalla ILAC G8:2019. La capacità di misura è definita in accordo alla ISO/CEI Guide 98-4, dove Cm = MPE / U.



Tecnico

Maurizio Vergani

Firma

Cliente

ROBERTA MICALIZZI

Firma

Stampato il

07/11/2024