

Rapporto di taratura T1T-PST-PSTR

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Dati cliente

Ragione Sociale AGRUMIGEL SRL
Indirizzo VIA CENTINEO 4
CAP 98051 BARCELLONA P.G.
Intervento 004413053182
tecnico n°

Numero rapporto

FVB16TS2L

Data taratura

06/10/2023

Luogo della taratura

Ragione Sociale AGRUMIGEL SRL
Indirizzo VIA CENTINEO 4
CAP 98051 BARCELLONA P.G.
Contatto Mrs. Dottoressa ROBERTA MICALIZZI

Dati strumento (UUT)

Strumento Termotech 00031
Numero di serie 4C0003104A1
Applicazione Temp. pastorizzazione Past. a Piastre
TAG T1T-PST-PSTR

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (24 ± 2) °C
Umidità ambiente (80 ± 5) %RH

Accessori/Componenti

Modello	Descrizione	Numero di serie
6AV6 644-0AA01-2AX0	Pannello Operatore Siemens	IT24303
RSG45-A1L0/0	Registratore Ecograph Endress Hauser	M6042E04484

Riferimenti utilizzati

Descrizione	Numero di serie	Numero certificato	Data di taratura
T53-00 Termometro Dostmann P750 con sonda	75020110989_S104C9	LAT 078 230227-1	14/04/2023
TST310-B5C1C4A2B1A	14175		
T53-01 Forno Calibratore a bagno Olio	R606-21	N.A.	
QUARTZ FLUID H100			

SOP di taratura utilizzata

SOP numero	Descrizione SOP
PT.T70.R2	Taratura in campo della misura di temperatura

Conformità UUT

☒ Strumento conforme

☐ Strumento non conforme

Prossima
taratura

06/10/2024

Note

Routine espletata con successo.

Il presente rapporto di taratura documenta la tracciabilità riferita a standard nazionali o internazionali, le unità di misura impiegate sono in accordo con il Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo rapporto di taratura può essere pubblicato o riprodotto solo integralmente. L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. I risultati di misura e la dichiarazione di conformità si riferiscono esclusivamente allo strumento tarato. La dichiarazione di conformità alla specifica è presa considerando una zona di accettabilità definita riducendo la zona di tolleranza (MPE) dall'incertezza estesa. Il criterio di accettazione è stabilito dalla norma ISO 14253-1.

Il Tecnico
Firma

Salvatore Gianino

Il Cliente
Firma

Dottoressa ROBERTA
MICALIZZI

Stampato il

16/11/2023

Versione 3.02.005 MP

Pagina 1/2

Rapporto di taratura

T1T-PST-PSTR

Endress+Hauser 

People for Process Automation

Endress+Hauser Italia S.p.a.

Via Fratelli Di Dio, 7 - 20063 Cernusco s/N (MI)

Tel: +39 02 92192.1 Fax: +39 02 92192.153

Certificato ISO 9001:2015 - No: IQ-0108-04

Numero rapporto

FVB16TS2L

Data taratura

06/10/2023

Parametro	Temperatura al PLC			
Campo di misura	-200	a	850	°C
Campo di taratura	5	a	120	°C

Valori di taratura "as found"

Punto di prova	Set point	Valore di riferimento	Visualizzazione PLC	Deviazione*	± Incertezza di misura	± MPE
	°C	°C	°C	°C	°C	°C
1	5	4.60	5.4	0.80	0.13	1.0
2	60	59.49	60.3	0.81	0.17	1.0
3	120	119.16	119.9	0.74	0.23	1.0

*Deviazione tra Visualizzazione PLC e Valore di riferimento

Conformità parametro ☒ Parametro conforme ☐ Parametro non conforme

Parametro	Temperatura al Registratore			
Campo di misura	-200	a	850	°C
Campo di taratura	5	a	120	°C

Valori di taratura "as found"

Punto di prova	Set point	Valore di riferimento	Visualizzazione registratore	Deviazione*	± Incertezza di misura	± MPE
	°C	°C	°C	°C	°C	°C
1	5	4.60	4.6	0.00	0.13	1.0
2	60	59.49	59.5	0.00	0.17	1.0
3	120	119.16	119.2	0.00	0.23	1.0

*Deviazione tra Visualizzazione registratore e Valore di riferimento

Conformità parametro ☒ Parametro conforme ☐ Parametro non conforme