

SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE CHIMICHE

TIPO DI APPARECCHIATURA	CAPPA CHIMICA - MICROBIOLOGIA
-------------------------	-------------------------------

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	N° MATRICOLA
ASAL SRL	1200 FLV	/	364

Data/anno di installazione _____

Tipologia cappa chimica

- ☐ con canalizzazione all'esterno dell'aria ☒ a ricircolo d'aria
☐ altro _____

Presenza di filtri

Stato filtro

- ☐ NO ☒ SI (specificare tipo) HEPA
☒ idoneo ☐ non idoneo

Velocità motore

- ☐ costante ☒ regolabile (specificare tipo) 2 REGOLAZIONI

Apertura frontale

Piano di lavoro

Interno cappa

Controllo funzionamento lampade neon

Posizionamento della cappa

- ☒ ghigliottina ☐ anta ☐ altro _____

METALLO

METALLO

- ☒ idoneo ☐ non idoneo ☐ non presente

- ☒ idoneo ☐ non idoneo

Misurazione della velocità di aspirazione frontale

Normativa di riferimento UNI EN 14175

Altezza vetro frontale 25 cm

Tipo di controllo

- ☒ Controllo funzionamento ☐ Manutenzione ordinaria
☐ Manutenzione Straordinaria ☐ Sostituzione Filtro

NOTE

Data compilazione scheda

02/07/2025

CAPPA IDONEA ALL'USO SPECIFICO CON SOSTANZE A:		
☐ Tossicità LIEVE	☒ Tossicità MODERATA	☐ Tossicità ALTA

Firma Cliente Il Legale Rappresentante Marullo Francesco Agrumi-Gel S.r.l. Contrada Girotta 09051 BARCELONA P.G. (ME) Part. IVA 01549300935	Nome, Cognome e Firma del Tecnico PROGETTI IMPIANTI S.p.A.
--	--

SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE CHIMICHE

TIPO DI APPARECCHIATURA	GERHODEPURATORE
-------------------------	-----------------

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	N° MATRICOLA
PB INTERNATIONAL	GERHEREDUC DA PARETE	/	55130

Data/anno di installazione 2005

Tipologia cappa chimica ☐ con canalizzazione all'esterno dell'aria ☒ a ricircolo d'aria
☐ altro _____

Presenza di filtri ☐ NO ☒ SI (specificare tipo) PRE-FILTRO
 Stato filtro ☒ idoneo ☐ non idoneo

Velocità motore ☐ costante ☒ regolabile (specificare tipo) _____

Apertura frontale ☐ ghigliottina ☐ anta ☒ altro N/A

Piano di lavoro N/A

Interno cappa N/A

Controllo funzionamento lampade neon ☐ idoneo ☐ non idoneo ☒ non presente LAMPADA UV DA 15 W

Posizionamento della cappa ☐ idoneo ☐ non idoneo

Misurazione della velocità di aspirazione Normativa di riferimento UNI EN 55014/CEI EN 61000-3-2
 frontale Altezza vetro frontale N/A

Tipo di controllo ☒ Controllo funzionamento ☐ Manutenzione ordinaria
☐ Manutenzione Straordinaria ☐ Sostituzione Filtro

NOTE _____

Data compilazione scheda 02/07/2025

CAPPA IDONEA ALL'USO SPECIFICO CON SOSTANZE A:		
☒ Tossicità LIEVE	☐ Tossicità MODERATA	☐ Tossicità ALTA

Firma Cliente Il Legale Rappresentante Marullo Francesco Agrumi-Gel S.r.l. Contrada Girotta 08051 BARCELONA P.O. (ME) Part. IVA 01 649 800 835	Nome, Cognome e Firma del Tecnico PROGETTI IMPIANTI E MANUTENZIONE
---	---

SCHEDA DI MANUTENZIONE PER LE CAPPE CHIMICHE

TIPO DI APPARECCHIATURA	ARMADIO REAGENTI CHIMICI
-------------------------	--------------------------

CASA COSTRUTTRICE	MODELLO	SERIE	N° MATRICOLA
CHEMISAFE	CHEMISAFE 120	CHEMICALS	06/FE/22

Data/anno di installazione _____

Tipologia cappa chimica

☒ con canalizzazione all'esterno dell'aria
 ☐ a ricircolo d'aria
☐ altro _____

Presenza di filtri

Stato filtro

☐ NO ☒ SI (specificare tipo) HEPA
☒ idoneo ☐ non idoneo

Velocità motore

☒ costante ☐ regolabile (specificare tipo) _____

Apertura frontale

Piano di lavoro

Interno cappa

Controllo funzionamento lampade neon

Posizionamento della cappa

☐ ghigliottina ☒ anta ☐ altro _____

METALLO

METALLO

☐ idoneo ☐ non idoneo ☒ non presente

☒ idoneo ☐ non idoneo

Misurazione della velocità di aspirazione frontale

Normativa di riferimento EN 61010

Altezza vetro frontale N/A

Tipo di controllo

☒ Controllo funzionamento ☐ Manutenzione ordinaria
☐ Manutenzione Straordinaria ☐ Sostituzione Filtro

NOTE

Data compilazione scheda

02/07/2025

CAPPA IDONEA ALL'USO SPECIFICO CON SOSTANZE A:		
☐ Tossicità LIEVE	☒ Tossicità MODERATA	☐ Tossicità ALTA

Firma Cliente Il Legale Rappresentante Marullo Francesco Agrumi-Gel S.r.l. Contrada Girotta 98051 BARCELONA P.O. (ME) Part. IVA 01545800835	Nome, Cognome e Firma del Tecnico  PROGETTI IMPIANTI S.p.A. L'Ingegnere
--	---