1. Objetivo:

Definir os passos para a realização segura e eficaz do procedimento de Body Morpheus, promovendo resultados estéticos atraentes e minimizando riscos.

2. Definição do Procedimento:

Morpheus é uma tecnologia avançada que combina microagulhamento fracionado com radiofrequência, promovendo um remodelamento da pele e dos tecidos subdérmicos.

Ele atua estimulando a produção de colágeno e elastina, melhorando a firmeza da pele, flacidez rápida, cicatrizantes, gordura localizada e proporcionando um contorno mais harmonioso para o corpo e rosto. É um procedimento minimamente invasivo, com resultados progressivos e naturais.

3. Responsável pelo Procedimento:

Dr Ary Leite

4. Indicações:

- Rugas e linhas finas;
- Flacidez facial;
- Cicatrizes de acne;
- Estrias e irregularidades na textura da pele;

- Redução de gordura;
- Melhora no contorno;

5. Contraindicações:

- Gestante;
- Infecções ativas na área de aplicação;
- Pacientes com marcapasso;
- Histórico de doenças de pele ou câncer;
- Uso recente de isotretinoína (até 6 meses);

6. Materiais Necessários:

- Aparelho de Morpheus;
- Gazes;
- Soro fisiológico;
- EPIs: luvas estéreis, máscara, touca, avental estéril e capa de vídeo estéril;

7. Procedimento:

7.1. Antes do Procedimento:

- Explicar o procedimento ao paciente e seus possíveis efeitos colaterais;
- Fotografar a área a ser tratada para comparação posterior;
- Higienizar a pele com clorexidina;

7.2. Durante o Procedimento:

- Ajustar as configurações do aparelho conforme área tratada e objetivo (profundidade das agulhas e intensidade da radiofrequência);
- Deslizar o dispositivo na área com movimentos uniformes;
- Garantir o conforto do paciente;

7.3. Após o Procedimento:

- Limpar a pele com olhar e soro fisiológico;
- Aplicar um creme calmante ou regenerador (ex.: à base de Aloe Vera ou Ácido, Vitamina C, Cicalpast);

8. Cuidados Pós-Procedimento:

- Evitar exposição solar direto na pele;
- Usar protetor solar de amplo espectro (FPS 50);
- Evitar o uso de ácidos;
- Manter a pele hidratada e limpa;
- Relatar imediatamente qualquer fato adversário ao profissional;

9. Frequência e Manutenção:

- São recomendadas **3 sessões** (com intervalo);
- Sessões de manutenção podem ser realizadas a cada 6 meses;

10. Riscos e Efeitos Adversos:

- Vermelhidão e inchaços temporários;
- Descamação leve;

Controle de revisões			
Rev.	**Data**	**Revisão efetuada**	**Responsável**
00	27/04/2026	Emissão inicial	Lana Carolina

Elaboração	*Análise Crítica e Aprovação*
Nome: Lana Carolina **Data:** 27/04/2026	**Nome:** Dr Ary Leite **Data:**