

ООО "МЕТРЛИФТСЕРВИС"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.314115

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ С-ЕВЧ/01-07-2024/352024761

Действительно до
30.06.2025 г.

Средство измерений: Счетчики аэрозольных частиц Lighthouse SOLAIR 3200, Рег. №
65514-16

*наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства
измерений, присвоенный при утверждении типа*

заводской (серийный) номер 100139001

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объёме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Р 50.2.047-2005 "ГСИ. Счетчики аэрозольных частиц. Методика
поверки"

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Счетчики аэрозольных частиц, зав.№ 8704, рег.№ 51372-12;
Расходомеры-счетчики газа, зав.№ 54, рег.№ 20831-01


*регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых
при поверке*

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 20,3 °С,
относительная влажность воздуха 50,1 %, атмосферное давление 102 кПа

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

по результатам периодической поверки средство измерений соответствует
установленным метрологическим требованиям и пригодно к дальнейшему применению.

Знак поверки:



Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений
1-352024761

Руководитель лаборатории

подпись

Алексеев С. И.

Фамилия инициалы

Поверитель

Ситникова И. А.

Фамилия инициалы

Дата поверки 01.07.2024 г.