கூடாரத்தின் முனையுடன் ஆக்ஸிஜன் உருளை இணைக்கப்பட்டு ஆக்ஸிஜன் கிடைக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் கூடாரத்தின் மேற்பகுதி ஒளிபுகும் தன்மையுடையதாக இருப்பதனால் செவிலி எளிதாக குழந்தையின் செயல்பாடுகளை அறிய முடிகின்றது.

நன்மைகள்

1. நோயாளியின் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தவாறு குறைத்தோ/அதிகரித்தோ தேவைக்கு ஏற்ப ஆக்ஸிஜன் வழங்க படுகிறது வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்தையும் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க இது உதவுகிறது.
2. படுக்கையில் சுதந்திரமாக நகர்வதற்கு எளிதாகவும் இருக்கிறது.

தீமைகள்

1. இது நோயாளிக்கு தனிமை உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது
2. இதற்கு அதிக அளவு ஆக்ஸிஜன் தேவைப்படுகிறது. (ஒரு நிமிடத்திற்கு 10 முதல் 12 லிட்டர்)
3. ஒவ்வொரு முறையும் குழந்தைக்கு கவனிப்பு தேவைப்படும் பொழுது கூடாரம் திறக்கப்படுவதால் தேவையற்ற ஆக்ஸிஜன் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
4. தீயின் மூலம் ஆபத்து ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
5. கூடாரத்தை சுத்தப்படுத்தவும் பராமரிக்கவும் அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது.

தேவையான பொருட்கள் (Articles)

- ஆக்ஸிஜன் கூடாரம்
- தேவையான ஆக்ஸிஜன்,
- ஈரப்பதமூட்டி (Humidifier)

செயல்முறைகள்: (Procedure)

	செவிலிய நடவடிக்கை (Nursing action)	காரணங்கள் (Rational)
1	பெற்றோர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் விளக்கிக் கூறி நம்பிக்கையூட்டுதல்.	கூட்டு முயற்சி கிடைப்பதற்கான முயற்சி செய்தல். ஒத்துழைப்பு கிடைக்க செய்தல்
2	நோயாளியின் வசதிக்கு தகுந்தவாறு ஆக்ஸிஜன் கூடாரத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.	செயல்திறனை அதிகப்படுத்துதல்
3	கூடாரத்தின் முனைகளை கட்டிலின் உள்ளே சொருக வேண்டும். குழந்தை வசதியற்ற நிலை அல்லது கூடாரத்தில் இருந்து விலகும் பொழுது அதை கவனித்து குழந்தைக்கு தேவை எனில் சொருகப்பட்ட பகுதியை வெளியே எடுத்துவிட வேண்டும்.	கூடாரத்தை அதன் பொருத்திய நிலையில் இருந்து மாறாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் ஆக்ஸிஜன் கசிந்து விரயமாகும் வாய்ப்பு உண்டு.
4	உலோக சட்டத்தின் பட்டைகளின் உதவியுடன் கூடாரத்தினை பொருத்த வேண்டும்.	காயங்கள் ஏற்படாமல் குழந்தையை பாதுகாக்க வேண்டும்.
5	கூடாரத்தை தேவைக்கு ஏற்ப திறந்து மூடும் பொழுது ஆக்ஸிஜன் இழப்பு ஏற்படும் அந்த மாதிரியான சமயங்களில் ஆக்ஸிஜனை அதிகமாக செலுத்தினால் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு ஆக்ஸிஜன் செறிவு சரியாக அமையும்.	ஆக்ஸிஜன் சுழற்சியானது கூடாரத்தினுள் சரியான அளவில் சுழல்கிறதா என கண்காணிக்க வேண்டும்.
6	கூடாரத்தின் சூழலை 1–2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை ஆய்வு செய்து பதிவு செய்ய வேண்டும். கூடாரத்தின் பராமரிப்பு நன்றாக இருப்பின் ஆக்ஸிஜன் அளவு 30% முதல் 50% வரை இருக்கும்.	கூடாரத்தினை எத்தனை முறை திறந்து மூடுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆக்ஸிஜனின் செறிவின் அளவானது மாறுபடும் அதன் செயல்திறனும் மாறும்.

Tamil - Practical 2.indd 289 14-06-2018 19:56:23