


படம் 4.2: (அ) ஆய்வக மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பு. (ஆ) மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பின் உட்பொருள்கள்

ஈர வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தின் தரக்கட்டுப்பாடு


பேசில்லஸ் ஸ்டீரியோதெர்மோபிலஸ் ஸ்போர்களைக் கொண்டுள்ள காகிதத்தாள் சுட்டிக் காட்டும் உயிரியாக மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பின் செயல்திறனைத் தெரிந்துகொள்ள பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4.5 கதிர்வீச்சு (Radiation)

பொதுவாக கதிர்வீச்சு முறையானது வெப்ப உணர்திறன் (heat sensitive) மற்றும் பயன்படுத்தி வீசப்படும் நெகிழிப்பொருள்களையும் (disposable plastic) மற்றும் ஈர வெப்ப அழுத்தத்தை தாங்காத பொருள்களை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையை ஒடுக்க பெரும்பாலும் மிக சிறப்பாக பயன்படக்கூடிய கதிர்வீச்சு, மின்காந்தக் கதிர்வீச்சாகும். படம் 4.3 வெவ்வேறு வகையான மின்காந்தக் கதிர்வீச்சை காண்பிக்கின்றது.

7QJV5U

கதிர்வீச்சின் அலைநீளம், திண்ணம் (Intensity) மற்றும் காலஅளவை பொறுத்து செல்களின் மீது அதன் விளைவுகள் அமையும் (வழிமுறை வரைபடம் 4.2).



படம் 4.3: மின்காந்த நிறமாலையில் உள்ள வெவ்வேறு வகையான கதிர்வீச்சு

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 47 19-02-2019 5.46.52 PM