Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Exame de Equipam.	de Imagiologia Médica/Normal	- Curso de Eng ^a .Biom.		<u>26/01/2017</u>
* *	<u> </u>	-		
NOME			N TO	

IMPORTANTE:

- o RESPONDA A APENAS 10 DAS SEGUINTES ALÍNEAS
- o Identifique **todas** as folhas de resposta.
- o Insira todas as folhas de resposta numa folha de ponto identificada.
- o Cotação: respostas **certas = 2 valores**; respostas **erradas = -0,66 valores**.
- o Em todas as perguntas considerar a velocidade do som nos tecidos c=1540m/s.
- o Indicar aqui as escolhas feitas. Em caso de dúvida conta o que for aqui indicado:

1	C	2 A	3 B	
4 a)	В	4 b) A	5 a) D	5 b) C
6	В	7 a) D	7 b) A	7 c) C

1. Um fabricante de radioisótopos tem de expedir uma solução de ¹⁸FDG[†] para um hospital situado a 1,5 horas de caminho. Se a encomenda é de 200 mCi, qual deve ser a sua actividade ao sair das instalações do fabricante?

	D 112 G		D 200 G
A: 410 mCi	B: 442 mCi	C: ·353 mCi	D: 380 mCi









2. Qual destes dispositivos é adequado para exames PET?

•	_ ^ ^		
A: A	B: B	C: C	D: D

3. Que afirmação está certa?

o. Que ummuçuo esta certa.		
,	B: A função de transferência da modulação é uma quantidade relacionada com a resolução de um sistema imagiológico.	
C: O ruído de contagem é independente do conteúdo da imagem.	D: A função de espalhamento da aresta é a transformada de Fourier da relação sinal-ruído.	

Duração: 2h30m.

[†] Tempo de semi-vida 110 minutos.

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Exame de Equipam. de Imagiologia Médica/Normal - Curso de Enga.Biom.

26/01/2017

NOME______No____


4. A parte de cima da figura representa uma radiografia de um fantoma de linhas. Os números correspondem ao nº de linhas/mm contidas nas regiões respectivas. A parte de baixo corresponde ao valor dos pixels da imagem ao longo da linha visível na imagem de cima.



a) Porque razão a modulação da imagem nas regiões com linhas diminui para números maiores?


A: aumento do ruído	
B: espalhamento do ponto	
C: efeito fotoeléctrico	
D: bremstrahlung	

b) Sabendo que a resolução de um sistema imagiológico pode ser definido como a frequência espacial à qual a função de transferência de modulação se reduz a metade



do seu valor a baixa frequência e tomando a região marcada "6" como unidade, qual é aproximadamente a resolução do sistema em pares de linhas/mm?

A: 9 B: 7 C: 12 D: 14



5 –

a) Qual dos sinogramas corresponde à imagem?

A: 3	B: 2	C· 1	D: 4
Λ. 3	D. 2	C. 1	D. 4

b) Nestes sinogramas, a escala de cinzentos corresponde a

A: ângulo da projecção de Radon	B: distância ao centro da imagem
C: densidade do objecto integrada na direcção de projecção	D: coordenada correspondente da projecção de Ram-Lak


Duração: 2h30m.

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Exame de Equipam. de Imagiologia Médica/Normal - Curso de Eng ^a .Biom.	26/01/2017
	_
NOME	No

6. Para aquisição desta imagem MRI através duma sequência spin-echo, o gradiente de selecção da fatia deve ser aplicado na direcção?


<u> </u>		
A: x		
B: y		
C: z		
D: simultaneamente x e z		



7 – A figura da esquerda representa uma lente acústica esférica fixa com diâmetro de 2 cm e ponto focal a 10 cm. A figura da direita representa um transdutor linear segmentado do mesmo diâmetro, a que se aplicam impulsos com atrasos relativos. A lente acústica é feita de um material com velocidade do som 3000 m/s.

a) Qual é o raio R da lente fixa?

A: 9,46 cm	
B: 11,6 cm	
C: 13,7 cm	
D: 7,24 cm	



b) Qual deve ser o atraso entre os impulsos aplicados aos segmentos centrais e os impulsos aplicados aos segmentos mais periféricos do transdutor segmentado para obter o mesmo efeito.

A: 218 ns	B: 166 ns	C: 136 ns	D: 115 ns

c) Qual é a resolução lateral em ambos os casos para uma frequência de operação de 5 MHz?

A: 1,97 mm	B: 2.32 mm	C: 1,23 mm	D: 1.61 mm
11. 1,5 / 111111	B. 2,82 mm	C. 1,23 IIIII	D. 1,01 mm

Duração: 2h30m. 3/3