

MRI



A



Ecografia

B

PET



C



TAC

D

1. Qual destes dispositivos pode realizar exames de Ressonância Magnética Nuclear (RMN)?

A: <input checked="" type="radio"/> A	B: B	C: C	D: D
---------------------------------------	------	------	------

2. Qual destas técnicas imagiológicas não possibilita a visualização de qualquer aspecto funcional?

<input checked="" type="radio"/> A: SPECT	B: TAC
C: Ecografia	D: RMN

3 - Em ecografia, qual dos seguintes efeitos **NÃO** ocorre necessariamente quando se aumenta a frequência do impulso sonoro?

A: Possibilidade de melhor focagem	B: Redução da penetração do feixe
C: A correcção tempo-ganho deve ter maior declive	D: Melhoria da resolução axial

