

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0018C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-18
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.41	-23.42	-72.99	pass
6	2437	-96.46	-23.81	-72.65	pass
11	2462	-95.86	-23.76	-72.1	pass
44	5220	-92.3	-28.62	-63.68	pass
100	5500	-91.14	-27.85	-63.29	pass
157	5785	-91.24	-27.56	-63.68	pass

The end