

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0095C
Số SN	FN-CNSB-002626
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.73	-23.98	-73.75	pass
6	2437	-97.34	-23.63	-73.71	pass
11	2462	-96.25	-22.3	-73.95	pass
44	5220	-90.76	-27.28	-63.48	pass
100	5500	-91.82	-27.85	-63.97	pass
157	5785	-91.51	-28.32	-63.19	pass

The end