

# Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0011C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-11
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

## Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.09	-23.32	-73.77	pass
6	2437	-96.47	-23.37	-73.1	pass
11	2462	-97.33	-23.76	-73.57	pass
44	5220	-91.83	-28.57	-63.26	pass
100	5500	-90.8	-27.61	-63.19	pass
157	5785	-90.55	-26.79	-63.76	pass

The end