



Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0201C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-85
Date	May 23, 2023
Due	August 22, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz \leq -60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	MBDI-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec \leq -60db	result
1	2412	-96.28	-23.93	-72.35	pass
6	2437	-95.5	-23.46	-72.04	pass
11	2462	-95.6	-23.53	-72.07	pass
44	5220	-92.02	-28.83	-63.19	pass
100	5500	-91.38	-27.68	-63.7	pass
157	5785	-91.06	-27.85	-63.21	pass

The end