

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0128C
Số SN	FN-CNSB-002691
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.56	-23.14	-73.42	pass
6	2437	-96.83	-23.35	-73.48	pass
11	2462	-97.36	-23.48	-73.88	pass
44	5220	-92.29	-28.41	-63.88	pass
100	5500	-91.29	-27.71	-63.58	pass
157	5785	-91.86	-28.26	-63.6	pass

The end