

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0006C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-06
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.92	-23.55	-73.37	pass
6	2437	-97.58	-24	-73.58	pass
11	2462	-97.21	-23.87	-73.34	pass
44	5220	-92.39	-27.79	-64.60	pass
100	5500	-91.53	-27.34	-64.19	pass
157	5785	-91.54	-27.09	-64.45	pass

The end