

# Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0099C
Số SN	FN-CNSB-000903
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

## Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.49	-23.22	-73.27	pass
6	2437	-96.25	-23.09	-73.16	pass
11	2462	-97.25	-23.55	-73.7	pass
44	5220	-91.54	-28.39	-63.15	pass
100	5500	-92.38	-28.97	-63.41	pass
157	5785	-91.5	-28.22	-63.28	pass

The end