

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0005C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-05
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.41	-23.68	-72.73	pass
6	2437	-95.64	-23.67	-71.97	pass
11	2462	-95.49	-22.89	-72.6	pass
44	5220	-91.54	-27.46	-64.08	pass
100	5500	-92.5	-27.85	-64.65	pass
157	5785	-92.5	-27.64	-64.86	pass

The end