

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0067C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-67
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.87	-23.25	-74.62	pass
6	2437	-96.64	-22.58	-74.06	pass
11	2462	-97.34	-22.55	-74.79	pass
44	5220	-91.54	-27.59	-63.95	pass
100	5500	-91.5	-28.32	-63.18	pass
157	5785	-91.5	-28.23	-63.27	pass

The end