

Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0044C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-44
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

Channels Table for 2.4G-5G wireless

channel	frequency	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-97.26	-23.33	-73.93	pass
6	2437	-97.14	-23.37	-73.77	pass
11	2462	-96.97	-23.97	-73	pass
44	5220	-92.54	-28.65	-63.89	pass
100	5500	-90.5	-27.18	-63.32	pass
157	5785	-91.2	-27.92	-63.28	pass

The end