

# Calibration qualified

Equipment Name	Shielding Box
Control no	97W-0037C
Số SN	FN-CNSB-CPEII-37
Date	June 28, 2023
Due	September 27, 2023
Average Spec	2.4GHz&5GHz ≤-60dB
Result	PASS
Signed by	HAI
Department	CPEII-TE

## Channels Table for 2.4G-5G wireless

chanel	frequence	closed	open	pathloss spec <-60db	result
1	2412	-96.87	-22.18	-74.69	pass
6	2437	-96.88	-22.25	-74.63	pass
11	2462	-97.36	-22.69	-74.67	pass
44	5220	-91.04	-27.55	-63.49	pass
100	5500	-90.56	-27.44	-63.12	pass
157	5785	-90.81	-27.38	-63.43	pass

The end